

Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház**, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „**SzSzBMK - Philips Brilliance 10 CT karbantartás**” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás

Ajánlatkérő 2019. augusztus 30. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „**SzSzBMK - Philips Brilliance 10 CT karbantartás**” tárgyban.

Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívást követően a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlatkérő a hiánypótlásában igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok fennállása, valamint kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott Philips Magyarország Kft.-vel köthető meg.

Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére a licence jogosult Philips Magyarország Kft. nyilatkozatát, miszerint az Ajánlatkérő által használt Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés installálására és karbantartási tevékenységének végzésére alkalmas hivatalos tanúsítvánnyal Magyarország területén jelenleg a Philips Magyarország Kft. alkalmazottai rendelkeznek, a berendezés műszaki sajátosságai miatt annak a karbantartása és javítása csak hivatalosan képzett és oklevéllel ellátott szakemberek által javasolt. A karbantartási és javítási tevékenységhez nélkülözhetetlen szoftver felhasználói licenzét a gyártó csak olyan szakemberek számára, illetve cégek számára biztosítja, akik hivatalosan ki lettek képezve a berendezés karbantartására és javítására, illetve, amelyek alkalmazásában állnak ilyen szakemberek. Jelenleg Magyarország területén kizárólag a