

Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a **Semmelweis Egyetem**, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által **"Belső fül hallásjavító implantátum rendszer (MRI) beszerzése a SE Fül-Orr- és Nyaksebészeti Klinika részére"** tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás

Ajánlatkérő 2019. szeptember 11. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít "Belső fül hallásjavító implantátum rendszer (MRI) beszerzése a SE Fül-Orr- és Nyaksebészeti Klinika részére" tárgyban.

Ajánlatkérő - a részére megküldött hiánypótlási felhívást követően - a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott Victofon Kft.-vel (2112 Veresegyház, Állomás u. 17.) köthető meg.

Ajánlatkérő előadta, hogy a fiatal betegek számára kiemelten fontos, hogy olyan implantátum kerüljön beültetésre, amelyet életük során nem szükséges cserélni. A rohamos technikai fejlődést és az orvos-szakmai követelményeket is szem előtt tartva különös jelentőséggel bír, hogy a beültetett eszköz MRI-képes eszköz legyen. Jelenleg Magyarországon a berendezések nagy része 1,5 Tesla mágneses erősségű, azonban az elmúlt évek új beszerzései során már 3 Tesla mágneses erősségű MRI készüléket vásárolt Ajánlatkérő, így a vizsgálatok 3 Tesla erősségű készülékben történnek. Ajánlatkérő előadta, hogy kiemelten fontos az elérhető legmagasabb Tesla-s MR kompatibilitás, ezért is indokolt a 3 Teslas implantátumok beszerzése és beültetése. Ajánlatkérő hangsúlyozta és részletesen bemutatta, hogy a 1,5 Tesla-s implantátum beültetése felesleges kockázatokat rejt.

Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a fentiekben részletezett beszerzési igényének kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által forgalmazott készülékek felelnek meg.

Megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

Ajánlatkérő tájékoztatásában kifejtette, hogy a reális alternatíva keresésére vonatkozó vizsgálatot elvégezte, mellékelte a vizsgálata eredményét alátámasztó dokumentumot, amelyben az egyes lehetséges, az Európai Unióban elérhető eszközök paramétereit hasonlította össze, és arra az eredményre jutott, hogy számára nem létezik reális alternatíva a beszerzési igénye kielégítésére.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően.

Budapest, 2019. szeptember 25.

a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nevében:



.....
dr. Kugler Tibor
főosztályvezető, kiadmányozó