

Döntés

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a **Magyar Imre Kórház**, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „1 db DURA 422-MV CT cső beszerzése” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás

Ajánlatkérő 2021. november 8. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „1 db DURA 422-MV CT cső beszerzése” tárgyban.

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.

Ajánlatkérő előadta, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében egy darab DURA 422 MV típusú CT csövet (SOMATOM Emotion típusú CT berendezéshez) kíván beszerezni, mely termék értékesítésére Magyarország területén kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult.

A SOMATOM Emotion típusú CT berendezés 2017 óta van Ajánlatkérő tulajdonában, és Ajánlatkérő előadása értelmében a vizsgálatok alatt elhasználódott CT cső cseréje szükséges.

Ajánlatkérő gyártói nyilatkozattal igazolta, hogy a SOMATOM Emotion típusú CT berendezés karbantartására, szervizelésére, alkatrészellátására Magyarország területén kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult. A nyilatkozat szerint a Siemens egészségügyi berendezések gyártói előírások szerinti karbantartása, szervizelése kizárólag a gyártó által adott szervizkulccsal végezhető el szakszerűen, amely szervizkulccsal Magyarország területén az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik kizárólagosan.

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mivel más CT eszköz beszerzése jelentős többletforrásigénnyel járna, valamint a gép tökéletes működéshez pusztán a vizsgálatok alatt elhasználódott CT cső cseréje szükséges. Emellett ilyen célra ajánlatkérőnek anyagi fedezete, illetve többlet humán erőforrása sincs, a már egyszer megvásárolt CT eszköz ok nélküli lecserélése nem egyeztethető össze a hatékony közpénzfelhasználás alapelveivel.

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányát műszaki szakértői nyilatkozattal is alátámasztotta, mely szerint nem kielégíthető a beszerzési igény más gyártó által forgalmazott röntgenső beszerelésével.

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi.

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban

Tisztelettel:

*A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul.*

a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nevében és megbízásából:

dr. Szeiffert Gabriella
Közszolgálati és Támogató Főosztály
Hatósági Ellenőrzési Osztály
osztályvezető, kiadmányozó