

**Döntés**  
**hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról**

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy az **Uzsoki Utcai Kórház**, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „**CT berendezéshez CT cső és vákummechanikai alkatrészek beszerzése**” tárgyban indított

**hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.**

**Indokolás**

Ajánlatkérő 2018. december 13. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „**CT berendezéshez CT cső és vákummechanikai alkatrészek beszerzése**” tárgyban.

Ajánlatkérő jelen eljárását megelőzően, 2018. október 5. napján a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított „**CT berendezéshez CT cső és vákummechanikai alkatrészek beszerzése**” tárgyban, mely eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer adatai alapján eredménytelen lett.

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

**Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott Variotrade Kft.-vel köthető meg.**

Ajánlatkérő az alapszerződés, valamint a tárgyi eszközkarton becsatolásával igazolta, hogy rendelkezik 1 darab Toshiba Aquilion CXL-TSX-101A/S típusú CT készülékkel. Ajánlatkérőnél működő CT készülék meghibásodott, javításához egy darab CT cső és vákummechanikai alkatrészek szállítása és beüzemelése szükséges.

Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel vállalkozási szerződést kötött a CT készülék karbantartására és alkatrész ellátására, azonban a szerződés kifejezetten előírja, hogy a röntgencső meghibásodásával vagy kopásával összefüggő csere vagy javítási igények nem képezik a szerződés tárgyát. A CT cső beszerzésére Ajánlatkérőnek külön szerződést kell kötnie.

A beszerezni kívánt CT cső egy speciális, Toshiba Medical System termékkörébe tartozó CT cső, a meghibásodott CT berendezéshez kizárólag azonos gyártmányú CT cső illeszkedik. A Toshiba Medical System jelenleg Canon Medical System néven működik tovább, amelynek kizárólagos hazai forgalmazója az ajánlattételre felhívott Variotrade Kft.

Ajánlatkérő ezt az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatával megerősítette.

Fentiekből, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy **Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.**

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezve, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően.

Budapest, 2018. december 15.

  
**Rigó Csaba Balázs**  
elnök

